

PREGÃO N.º 053/2022

PROCESSO N.º 2657/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TURBIDÍMETRO PORTÁTIL.

Questionamento apresentado pela empresa **EVAGONJ GESTÃO ANALÍTICA, CNPJ: 07.304.670/00001-40**, através de sua analista comercial Agatha Andalício de Oliveira, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Questionamento:

1 - Serão aceitos equipamentos com lâmpada de led, que não possui flutuações da luminosidade?

Resposta da Unidade Requisitante:

“Sim. Serão aceitos equipamentos com lâmpada de LED.”

2 - Quanto ao funcionamento a energia elétrica, os equipamentos que trabalhamos, não possui entrada para fonte de energia, seu funcionamento é por pilhas, o que facilita o manuseio em campo."

Resposta da Unidade Requisitante:

“Neste caso não será aceito, pois este equipamento não será utilizado somente em campo, será utilizado em bancada também. Considerando que os equipamentos serão utilizados tanto no laboratório quanto na operação (processo de tratamento de água) e tendo em vista que a Estação de Tratamento de Água opera 24 horas por dia, a troca das pilhas se daria com uma frequência alta e acarretaria em uma grande geração de resíduos desnecessariamente.”

Piracicaba, 11 de maio de 2022.

Maria Alice da Silva Santos

Chefe da Divisão de Suprimentos e Patrimônio