



## ESCLARECIMENTO Nº 01

**PREGÃO Nº 057/2024**

**PROCESSO N.º 2024/016114**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO.**

Piracicaba, 24 de julho de 2024.

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento, e disponibilizamos a quem possa interessar:

**Pergunta:** CONSTA NO EDITAL ITEM 01 MEDIDOR DE OXIGÊNIO: Será aceito um medidor de oxigênio dissolvido com um cabo de 5 metros e faixa de medição de LDO de 0,05 a 20,0 mg/l ou 1 a 0-200% de Saturação, com proteção IP67 com os compartimentos fechados?

**Resposta do Setor Requisitante:** Referente ao cabo de 5 metros, informamos que serão aceitos, pois é além do solicitado. Já a faixa de medição de 0,05 a 20 mg/L, informamos que não serão aceitos, pois o Termo de Referência especifica a faixa de 0 a 50 mg/L (0-500%).

**Pergunta:** CONSTA NO EDITAL ITEM 05 ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA: Será aceito um colorímetro portátil que pode ser utilizado em bancada, que funciona com 4 pilhas alcalinas tipo AA, possui lâmpada de LED com sistema de 4 filtros internos (420nm, 520nm, 560nm e 610nm), com linearidade fotométrica de  $\pm 0,002$  a 1,000 Abs e com largura de banda de 15nm?

**Resposta do Setor Requisitante:** Serão aceitos. Neste caso, o Termo de Referência será atualizado com a informação referente à alimentação por pilhas AA.

Saudações Atenciosas.

*Alana Fernandes*

Chefe de Setor de Suprimentos

 [goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8](https://goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8)

[semaepiracicaba.sp.gov.br](https://semaepiracicaba.sp.gov.br)

019 – 3403-9611



# Assinaturas do documento

"esclarecimento\_01"



Código para verificação: **CSKVUFU0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ALANA FERNANDES** (CPF: 348.XXX.788-XX) em 24/07/2024 às 08:09:18 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 08:25:19 e válido até 06/07/2123 - 08:25:19.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

**2024/016114** e o código **CSKVUFU0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.