



Assunto **Fwd: Re: Fwd: PP 116/2018 - SEMAE PIRACICABA - ESCLARECIMENTOS - RNT01**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <licitacoes@hexis.com.br>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 28/09/2018 11:18

Prioridade Alta

- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: PP 116/2018 - SEMAE PIRACICABA - ESCLARECIMENTOS - RNT01
Data:28/09/2018 10:54
De:Antonio Carlos Ferreira <acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br
Responder para:acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br

Bom dia Ana, o método tem que ser por luminescência, não será aceito método polarográfico.



Em 28/09/2018 09:20, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento para ser respondido.

Att.



----- Mensagem original -----

Assunto:PP 116/2018 - SEMAE PIRACICABA - ESCLARECIMENTOS - RNT01
Data:28/09/2018 08:37
De:Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>
Para:"LICITACAO@SEMAEPIRACICABA.SP.GOV.BR" <LICITACAO@SEMAEPIRACICABA.SP.GOV.BR>
Cópia:Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>

Sr. Pregoeiro, Bom Dia

Segue abaixo questionamento:

ITEM 4

- Nosso equipamento possui faixa de leitura de OD de 0-200%.

- Temperatura de 0-50 °C

- Pressão barométrica

Será aceito?

Fico no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,



RENATA BONAFIM DO ESPÍRITO SANTO | Licitações

Hexis Científica | rbonafim@hexis.com.br

T.: +55 11 4589-2719 | **CENTRAL:** +55 11 4589-2600

SAC: 0800 702 2600 | www.hexis.com.br

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment.



blocked.gif
118 B