



Assunto **Fwd: Re: Fwd: PP 23/2019 - SEMAE PIRACICABA - QUESTIONAMENTO - RNT01**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <licitacoes@hexis.com.br>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 15/02/2019 10:32

Prioridade Mais alta

- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: PP 23/2019 - SEMAE PIRACICABA - QUESTIONAMENTO - RNT01

Data:15/02/2019 10:26

De:Antonio Carlos Ferreira <acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

Responder para:acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br

Bom dia Ana, não posso aceitar a solicitação para o item 2.2 do termo de referência da requisição 2018/002560, por não estar de acordo com o pedido em questão.



Em 14/02/2019 14:02, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Boa tarde,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:PP 23/2019 - SEMAE PIRACICABA - QUESTIONAMENTO - RNT01

Data:14/02/2019 13:49

De:Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>

Para:"LICITACAO@SEMAEPIRACICABA.SP.GOV.BR" <LICITACAO@SEMAEPIRACICABA.SP.GOV.BR>

Cópia:Hexis Licitacoes <licitacoes@hexis.com.br>

Boa Tarde

Segue abaixo solicitação de esclarecimentos:

Para o item 2.2

-Será aceito eletrodo com saturação até 200%? Sendo que é o range mais que suficiente para análise de OD em água e esgoto.

-Será aceito eletrodo que vai de 0-50°C?

Atenciosamente,




RENATA BONAFIM DO ESPÍRITO SANTO | Licitações

Hexis Científica | rbonafim@hexis.com.br

T.: +55 11 4589-2719 | **CENTRAL:** +55 11 4589-2600

SAC: 0800 702 2600 | www.hexis.com.br

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment.



blocked.gif
118 B