

Assunto

**Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Presencial nº 072/2019 - SEMAE PIRACICABA/SP**

De

Antonio Carlos Ferreira &lt;acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br&gt;

Para

&lt;jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br&gt;

Responder para

&lt;acferreira@semaepiracicaba.sp.gov.br&gt;

Data

19/06/2019 15:08

Prioridade

Mais alta

Boa tarde Geovana, sim poderá ofertar produtos com a mesma finalidade, no entanto o substrato de seguir metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos na Portaria de consolidação nº 5 anexo XX de 03/10/2017 (origem: nº 2.914 do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011), e devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF), United States Environmental Protection Agency (USEPA), normas publicadas pela International Standardization Organization (ISO); e metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O frasco em questão é para a coleta e deve ser em Polistireno Estéril com Tiosulfato, capacidade de 120 ml, pois o tipo de plástico influencia na leitura da cor amarela.


---

**Antonio Carlos Ferreira**  
Analista de Laboratorio  
Setor de Contr de Qualidade Dos Sist Prod de Agua  
(19) 3403-9611  
[semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:semaepiracicaba.sp.gov.br)

Em 19/06/2019 14:00, Jose Hermes Gallucci escreveu:

---Antonio Carlos, boa tarde!

Encaminhamos o questionamento da empresa Quimaflex, favor emitir uma resposta o mais breve possível.  
Obrigado  
At.te



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Pedido de Esclarecimentos - Pregão Presencial nº 072/2019 - SEMAE PIRACICABA/SP  
**Data:**19/06/2019 11:00  
**De:**Licitacao <licitacao@quimaflex.com.br>  
**Para:**licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Prezados, bom dia!

Estamos interessados em participar do Pregão Presencial nº 072/2019, Processo nº 2019/002291, previamente marcado para o dia 01/07/2019, às 13:30 horas,

neste sentido solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1- No modelo de proposta comercial, mais precisamente no item 01 - Frasco para análise de Substrato Colilert - Frasco em Polistireno Estéril com Tiosulfato, capacidade de 120 ml, caixa contendo 200 unidades.

O produto em questão é o **Substrato Definido Enzimático**, e no caso, "Colilert" é o nome Comercial do referido produto da Marca IDEXX.

A Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, em seu art. 7º, §5º, estabelece que é vedado em processos licitatórios a exigência de marca específica, salvo nos casos tecnicamente justificável. Nossa empresa comercializa produtos similares e que possuem todas as exigências legais pertinentes ao caso, inclusive tem a mesma finalidade dos produtos ora licitados, porém de outra marca.

As empresas interessadas em participar do presente certame deverão ofertar apenas o produto "Colilert" da Marca IDEXX ou poderá ofertar produtos com a mesma finalidade mas de marcas distintas?

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente

--

GEOVANA LUCY  
LICITAÇÃO  
(16) 3461-1691  
QUIMAFLEX.COM.BR

